



EL spol. s r.o.

Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves

Stredisko laboratórnych prác

Akreditované skúšobné laboratória - podľa ISO/IEC 17025, SNAS

Držiteľ Osvedčenia o súlade so správnou laboratórnou praxou, SNAS



SNAS

Reg. No. 038/S-025

Protokol o skúške č.: 12/04857

Strana č. 1 z počtu 1

Výtlačok č. 2 z počtu 3

Zákazník - objednávateľ skúšok

Objednávateľ: EKO MELEM d.o.o.
(meno a adresa) Bulevar Mihaila Pupina 10i, 11070 Novi Beograd
Odosielať: EKO MELEM Novi Beograd
Zmluva / objednávka: z 24.3.2012
Zákazka: 12-02403
Vzorku odobral: Objednávateľ

Dátum prevzatia vzorky: 27.03.2012
Dátum vykonania skúšok od: 27.03.2012
do: 02.04.2012
Dátum vystavenia protokolu: 02.04.2012
Počet vzoriek: 1

Výsledky skúšok

P.č.: 1	Číslo vzorky: 12-005825	Typ vzorky: Kozmetické výrobky						Mikrobiologický rozbor
Označenie vzorky: EKO balzam na podráždenú pokožku, d.s.:05.03.2014								
Meraná veličina / parameter / znak	Meracia jednotka	Výsledok skúšky	Neistota merania	Skúšobná metóda	Limitná hodnota	Metodický predpis	Typ skúšky	
Salmonella sp.	KTJ/25 g	neprítomná		Kultivacna	neprítomná	IP 7.29, STN EN ISO 6579	A	
Pseudomonas aeruginosa	KTJ	0 _b		Kultivacna	0 _b	IP 7.27, STN 560100, čl. 83	A	
Staphylococcus aureus	KTJ	0 _b		Kultivacna	0 _b	IP 7.3, STN EN ISO 6888-2	A	
Candida albicans	KTJ	0 _b		Kultivacna	0 _b	IP 7.6, STN ISO 21527-1	A	
Celkový počet mikroorganizmov	KTJ/g	10	40 %	Kultivacna	1000	IP 7.1, STN ISO 4833	A	
Počet kvasiniek	KTJ	0 _b		Kultivacna		IP 7.6, STN ISO 21527-1	A	
Počet plesní	KTJ	0 _b		Kultivacna		IP 7.6, STN ISO 21527-1	A	

Skúšobné zariadenia a meradlá použité na skúšky boli kalibrované a overené v zmysle platných metrologických predpisov

Použité skratky:

A - akreditovaná, N - neakreditovaná, SA - subdodávka akreditovaná, SN - subdodávka neakreditovaná

KTJ - kolóniu tvoriaca jednotka

0_b - neprítomné v 1 ml riedenej vzorky (10⁻¹)

0_a - neprítomné v 0,2 ml riedenej vzorky (10⁻¹)

0_a - neprítomné v 1 ml neriedenej tekutej vzorky

0_e - neprítomné v 0,2 ml neriedenej tekutej vzorky

0_e - neprítomné v 1 ml riedenej vzorky (10⁻²)

Názory a interpretácie

Názor na vyhlásenie o súlade / nesúlade výsledkov skúšok s požiadavkami / špecifikáciami

Skúšaná vzorka vo vykonaných skúškach
v y h o v u j e

limitným hodnotám uvedeným v Mikrobiologických požiadavkách na kozmetické výrobky – Príloha č.3 / II.
(v zmysle odporúčaní Európskej komisie a príručky COLIPA.)

- Názory a interpretácie sa uvádzajú na základe požiadavky zákazníka.

Názor na vyhlásenie o súlade / nesúlade výsledkov s požiadavkami bol vytvorený na základe porovnania výsledkov skúšok uvedených v tomto protokole s hodnotami uvedenými v Mikrobiologických požiadavkách na kozmetické výrobky – Príloha č.3 / II. (v zmysle odporúčaní Európskej komisie a príručky COLIPA.)

Porovnanie sa týka všetkých výsledkov uvedených parametrov skúšok.

- Oblasť poskytovaných názorov a interpretácií spadá do oblasti akreditácie laboratória.**

Názory a interpretácie sa nesmú zamieňať s inšpekciou a s certifikáciou výrobkov a ani s posudzovaním/ prehlasovaním zhody skúšaného výrobku.

Prehlásenie

Skúšobné laboratórium prehlasuje, že výsledky skúšok sa týkajú len predmetu skúšok.

Tento protokol môže byť reprodukováný jedine celý, časť protokolu len so súhlasom skúšobného laboratória.

Akreditácia laboratória alebo jeho protokol o skúške sám o sebe neznamená v žiadnom prípade schválenie výrobku orgánom udeľujúcim akreditáciu, alebo akýmkoľvek iným orgánom.

Reklamácie

Reklamovať výsledky laboratórnych skúšok možno do 30 dní od dátumu odoslania výsledkov zákazníkovi. Akceptované a vybavované sú písomne podané reklamácie.

Uchovávanie zvyškov vzoriek

a) Uchovávané sú iba vzorky, u ktorých sa pôvodné vlastnosti časovo nemenia.

b) Vzorky po ukončení mikrobiologického vyšetrenia sú likvidované.

Protokol dostane: EKO MELEM d.o.o.

Protokol o skúške vyhotovil: Ferenčáková Eva, MVDr.
zást. ved. LMMP



Schválil: Holevová Mária, MVDr.
ved. LMMP